

## ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

### БАГЦ №1: ЛАБОРАТОРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

№	ТТ-н нэр	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Лабораторийн хөргөгч	220-230В, 50/60Hz, +2/+8, 250-300l, их бага температурын дохиололтой, шилэн хаалгатай, LCD дэлгэцтэй, Босоо	ш	5	Зураг, Баталгаат хугацаа 1 жилээс багагүй
2	Нянгийн гогцоо шатаагч	220-230В, 50/60Hz	ш	4	
3	Хурилдуур /өндөр хурдны/	220-230В, 50/60Hz, 1.5 түб багтдаг ротортой, эргэлийн хурд 14000, роторын оролт 24, дижитал дэлгэцтэй	ш	1	

### БАГЦ №2: ХӨРГӨЛТИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

№	ТТ-н нэр	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Эйркондешн /босоо/	50гц, 12А, 240v, 55-70м2 хөргөх	ш	4	Зураг, Баталгаат хугацаа 1 жилээс багагүй, суурилуулах үйлчилгээний хөлс нийт үнэд багтах